

【体温計】 27 台

- 測定精度：測定精度は±0.1℃であること
- 測定方式と測定時間：予測測定が 40 秒以下、実測測定が 11 分以下であること
- 医療機器承認：医療機器承認体温計であること
- 測定部の清掃：測定部は水洗い及びアルコール清拭可能であること
- オートパワーオフ：オートパワーオフ機能を有すること
- 電源：電池対応であること
- 設置場所：2 階 スタッフステーション

【非接触体温計】 2 台

- 本体サイズ：小型軽量でハンディ非接触体温計であること
- 測定距離：測定距離は 1cm 以上であること
- 測定部位：測定部位は額あるいはこめかみであること
- 測定時間：測定時間は 1 秒以下であること
- 医療機器承認：医療機器承認非接触体温計であること
- バックライト機能：測定結果表示のディスプレイにバックライト機能を有すること
- 電源：電池対応であること
- 設置場所：2 階 スタッフステーション
- 備考：動作用電池装備を付帯すること。

【消毒容器】 1 台

- 寸法 (mm)：幅 342×奥行 442×高さ 179
- 設置場所：2 階 スタッフステーション

【リネン車】 2 台

- 寸法 (mm)：幅 925×奥行 625×高さ 787
- 形状：角型タイプであること
- 設置場所：2 階 汚物処理室

【尿器 (女性用)】 10 台

- 設置場所：2 階 汚物処理室
- 備考：ベッドパンウォッシャー対応のものであること

【尿器 (男性用)】 10 台

- 設置場所：2 階 汚物処理室
- 備考：ベッドパンウォッシャー対応のものであること

【便器椅子】 2 台

- 寸法 (mm)：幅 530×奥行 455×高さ 720～820
- 設置場所：2 階 汚物処理室
- 備考：装備バケツはベッドパンウォッシャー対応であること
交換用バケツ (0-663-13) を計 2 個付属すること

【差込便器】 2 台

- 寸法 (mm)：幅 265×奥行 410×高さ 105
- 設置場所：2 階 汚物処理室
- 備考：ベッドパンウォッシャー対応であること

【洗淨ボトル】 5台

- 寸法 (mm) : 幅 300×奥行 78×高さ 51
- 設置場所 : 2階 汚物処理室
- 備考 : ベッドパンウォッシャー対応であること

【酸素吸入関連機器 (壁掛け式吸引器)】 5台

- 色 : ブルー (2台)、グリーン (2台)、イエロー (1台)
- 寸法 (mm) : 幅 122×奥行 143×高さ 277
- 配管コネクタはピン式対応であること
- 設置場所 : 2階 病室-16～病室-20 (トイレあり)
- 備考 : 消耗品 CQD10-G の使用が可能であること

【酸素吸入関連機器 (酸素流量調整器)】 5台

- 設置場所 : 2階 病室-16～病室-20 (トイレあり)
- 備考 : 0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15L/min の流量設定ができる機能を有すること
- 配管コネクタはピン式対応であること

【踏台】 2台

- 寸法 (mm) : 幅 33 から 42cm、奥行 39 から 42cm、高さ 25 から 27cm であること
- 設置場所 : 3階 心理室①、②
- 耐荷重 : 耐荷重は 70kg 以上であること

いずれも県が指定する場所に運搬、納品のうえ、必要な組立等を行い、直ぐに使用できる状態とすること。

<備考>

- 1 納品に係る必要な運搬、養生、搬入、設置 (設備接続を含む使用可能な状態)、調整、説明等の諸費用を含み、納品時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。
- 2 納品日時については、担当者と十分に打合せを行うこと。
ただし、令和6年10月1日(火)～令和6年11月8日(金)の間の県が指定する日に納品すること。(1～2週間程度前を目途に連絡予定)
- 3 納品後、県により作動確認を行い、不具合等がある場合は必要な処置を行うこと(作動確認は納品後1週間以内を目安に行う)。

物品構成表

品名	看護関係消耗品	納入場所	愛媛県立子ども療育センター児童・思春期病棟（新設） 場所：子ども療育センター駐車場部分に建設中
----	---------	------	--

品名	メーカー	規格（型番）	数量
引出収納ケース	天馬	74L	12
蓋付収納ケース	天馬	ROX 740L	12
ステップ脚立	RIKADE	ステップ台(ホワイト, 四段)	1
平台車	(株) ナンシン	PD-427-3SN	2
点滴台	パラマウント	KC-519B	6
血圧計	アズワン	エレマーノ 2 (ES-H56) ほか (各種カフ)	6
体温計	テルモ	MT550	27
非接触体温計	KJC エジソン	KJH1007	2
消毒容器	杏林製薬	ミルトン専用容器 12L	1
リネン車	アズワン	3106 (角型)	2

尿器（女性用）	アズワン	8-4948-12	10
尿器（男性用）	アズワン	8-4948-11	10
便器椅子	アズワン	8500	2
差込便器	アズワン	JCS0001A	2
洗浄ボトル	アズワン	ASB-450-P	5
酸素吸入関連機器（壁掛け式吸引器）	大研医器	キューインポット CQR10	5
酸素吸入関連機器（酸素流量調整器）	小池メディカル	フロージェントルアイハ ーP形 318221MS	5
踏台	FAINYEAM	2段ステップ踏台	2

(注) 1 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。

2 納品に係る必要な運搬、養生、搬入、設置（設備接続を含む使用可能な状態）、調整、説明等の諸費用を含み、納品時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。