

## 報告された症例の一部の概要

## 【症例1】


2008年8月、血糖測定用に耳朶より微量採血した際に、穿刺針が耳朶を貫通し、貫通した穿刺針が耳朶の裏側で支持していた施術者の指に刺さり、針刺し損傷を受傷した。なお、患者に感染症の既往はなく、施術者への感染による健康被害はなかった。

## 【症例2】


2009年3月、看護師が患者の耳朶から採血しようとして、耳朶を指で押さえて穿刺した際に、穿刺針が耳朶を貫通して看護師の左第二指を刺傷した。なお、看護師への感染による健康被害はなかった。

# 微量採血のための穿刺器具

〈器具全体がディスポーザブルタイプの製品〉  
例)



〈針の周辺部分がディスポーザブルタイプの製品〉  
例)



〈針の周辺部分がディスポーザブルタイプでない製品〉  
例)

