

## ゲート型モニタ (Ludlum Measurements 社製) 保守点検実施内容

## 1 外観試験

内 容	備考
A 変形・破損の確認	

## 2 電源投入試験

内 容	備考
A INCOMPLETE/UPDATINGランプ点滅の確認 B ビープ音鳴動の確認 C ENTER/CHECKINGランプ点灯の確認 D ビープ音停止の確認	

## 3 センサ試験

内 容	備考
A 赤外線センサの動作確認 B 標準偏差の表示確認	

## 4 アラーム試験

内 容	備考
A LB検出器 B LM検出器 C LT検出器 D RB検出器 E RM検出器 F RT検出器	

## 5 プラトー試験

内 容	備考
A LB検出器 B LM検出器 C LT検出器 D RB検出器 E RM検出器 F RT検出器	

## 6 パラメーターの確認

内 容	備考
A LANGUAGE	
B MONTH	
C DAY	
D YEAR	
E HOUR	
F MIN	
G COUNT TIME	
H ALARM TIME	
I INCOMPLETE	
J RDA SOURCE	
K LOW BKG	
L HIGH BKG	
M SIGMA	
N LT DET ACTIVE	
O LM DET ACTIVE	
P LB DET ACTIVE	
Q RT DET ACTIVE	
R RM DET ACTIVE	
S RB DET ACTIVE	
T CHECK IND ALARM	
U CHECK SUM ALARM	
V # OF SAMPLES	
W BKG UPDATE	
X LT Attenuation	
Y LM Attenuation	
Z LB Attenuation	
a RT Attenuation	
b RM Attenuation	
c RB Attenuation	
d AUDIO ON	