

「新商品生産による新事業分野開拓者認定制度」に基づく認定事業者の概要 〔認定番号：第 R03-005 号〕

1 事業者概要

事業者名	株式会社ミヤタニ
代表者	代表取締役 宮谷 尚文
所在地	松山市和気町一丁目 446 番地 6
業務内容	医療機器製造・販売、精密機械部品の製造

2 新商品名

整形外科手術用「骨切除用医療器具」

3 新商品の概要及び商品の新規性・独創性等

ジェネリック ブレード	『医療用骨切除専用のこぎり』 術式に特化した仕様により（多彩な刃先形状、寸法サイズあり）、 手術時の他の部位の損傷を軽減。
MK wedge Blade	『高位脛骨骨切り術用の医療器具』 従来 2 回に分けて切除する必要があった楔形状骨切除を 1 回で正 確・簡便に切除が可能。手術時間短縮により医師・患者の負担軽減。
Freehand Bone Shaver	『1 mm 微調整に使用する骨切除用のこぎり』 骨切除平面と本商品ガイド平面を合わせ切除する事により、1 mm 追 加骨切りが簡便に精度よく可能となる。

4 製品写真

【ジェネリック ブレード】



製造販売届出番・38BX10004M0009

※骨の R 形状に合わせた、回し切り切除可能

品名・R13 デュアルブレード

型番・17-9-2

寸法・板厚 1.27 幅 19.5 有効長 102 (mm)

【MK wedge Blade】



製造販売届出番・38B3X10004M00011


切除画像



【Freehand Bone Shaver】



製造販売届出番・38B3X10004M00014



Evidence・弊社豚骨試験測定値 <1mm 追加骨切り量>

- 平均：1.044mm
- 標準偏差：0.07mm
- 最少～最大：0.832～1.170mm
- 最大誤差範囲：-0.168～0.170mm（誤差幅 0.338mm）