

# 仕 様 書

品名	X線 CT	納入場所	紙産業技術センター
<p>標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。</p> <p>1. X線管球</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Bruker 社製、高分解能卓上型 3D X線顕微鏡 (SKYSCAN1272) で稼働する X線管球を取り付けること。</li><li>(2) X線源として 20~100kV の範囲で管電圧を可変でき、最大出力 10W 以上の機能を有すること。</li></ul> <p>2. パソコン</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Bruker 社製、高分解能卓上型 3D X線顕微鏡 (SKYSCAN1272) に接続し、試料観察及び画像構成用 PC として使用可能であること。</li><li>(2) CPU は Intel Xeon デュアル 12 コア相当以上、メモリは 128GB 以上、GPU は 16GB 以上、HDD 又は SSD は 8TB 以上であること。また、OS は Windows10 64bit 以上であること。</li></ul> <p>3. 設置等</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 設置に関わる作業一式を含むこと。</li><li>(2) 日本語の取扱説明書を 2 部添付のうえ、設置後には取扱い説明を実施すること。</li><li>(3) 1 年以内に発生した故障の対応・修理は無償で実施すること。</li></ul>			