

仕 様 書

品 名	塩分計	設置場所	愛媛県立衛生環境研究所 1 階水質環境分析室
標記案件の仕様は、次のとおりである。 1 機器及び納入条件 (1) 機器名及び数量 卓上型塩分計 1 式 (機器の設置に当たり必要な運搬、搬入、据付、調整、動作確認等を含む) (2) 使用目的 広域総合水質調査（瀬戸内海調査）の水質分析に使用する。 (3) 設置場所（納入先） 東温市見奈良1545番地 4 愛媛県立衛生環境研究所 1 階水質環境分析室 (4) 提出書類 取扱説明書 1 部 (5) 設置期限 令和 7 年 9 月 30 日 (6) 保証 検収後 1 年間を無償保証期間とする。 (7) 教育 納入品の使用方法について実地研修を実施すること。 (8) 仕様書に関する疑義等の取扱 この仕様書に記載のない事項であっても、運用上、機能上及び構造上具備しなければならない事項並びに社会通念上必要とされる事項については、受注者の責任で対応するものとする。 2 機器の仕様 ・測定範囲 2～42 PSU ・精度 ± 0.005 PSU ・分解能 0.001 PSU ・動作環境 温度 10～30℃ 湿度 35～80%RH ・寸法 約 450mm×約 490mm×約 370mm ・操作 タッチパネル式 ・制御機能 自動測定モード、洗浄モード			

機 器 構 成 表

品 名	塩分計	設置場所	愛媛県立衛生環境研究所 1 階水質環境分析室
-----	-----	------	---------------------------

品 名	メーカー	規 格 (型 番)	数量
卓上型塩分計	(株)鶴見精機	Digi-Auto MODEL6	1 式

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。

仕 様 確 認 書

商号又は名称
代表者氏名：印

機 器 名		
メーカー名 (製造国)		
品名・型式		
仕様内容	提案内容	適否
装置仕様 ○ 機器仕様 ・測定範囲 2～42 PSU ・精度 ±0.005 PSU ・分解能 0.001 PSU ・動作環境 温度 10～30℃ 湿度 35～80％RH ・寸法 約450mm×約490mm×約370mm ・操作 タッチパネル式 ・制御機能 自動測定モード、洗浄モード		

以上、すべて仕様を満たしていることを確認しました

令和 年 月 日

所 属：

職氏名：

