

仕様書

1 対象機器

機種		型番		台数
サーベイメータ	ア. α 線用シンチレーション式サーベイメータ	TCS-222	アロカ製	16
		TCS-232	アロカ製	10
	イ. β 線用GM管式サーベイメータ	TGS-146	アロカ製	13
		TGS-146B	アロカ製	98
		TGS-1146	日立製作所製	48
		OSK72HT106B	オガワ精機製	7
		NHJ12001-2020Y-S	富士電機製	6
	ウ. α 線、 β 線用シンチレーション式サーベイメータ	TCS-362	アロカ製	4
	エ. γ 線用サーベイメータ	TCS-171	アロカ製	32
		TCS-171B	アロカ製	2
		TCS-172	アロカ製	3
		TCS-172B	アロカ製	96
		TCS-1172	日立製作所製	27
		NHC711B2-BYY2Y-S	富士電機製	1
		ICS-321	アロカ製	3
		ICS-321B	アロカ製	4
		ICS-323	アロカ製	2
		ICS-323B	アロカ製	10
		ICS-323C	アロカ製	86
		ICS-1323	日立製作所製	10
		NHA10123-11YYY-S	富士電機製	2
	オ. 中性子線用サーベイメータ	TPS-451C	アロカ製	2
警報デジタル式線量計	ア. γ 線用デジタル式警報線量計	ADM-112	アロカ製	430
		Dosei- γ	富士電機製	27
		PDM-222VB	アロカ製	89
		PDM-222VC	アロカ製	1,936
		PDM-222C-SZ	アロカ製	22
	イ. γ 線、中性子線用デジタル式警報線量計	ADM-353B	アロカ製	60
	ウ. 中性子線用デジタル式警報線量計	PDM-313	アロカ製	13

2 保守点検内容 別紙「保守点検実施内容」のとおり

3 保管場所 別紙「保管場所一覧」のとおり

4 履行上の注意

- ・実施時期については、県と協議のうえ定めること。
- ・機器の修繕については、本業務の範囲外であるため実施しないこと。
- ・保管場所から持ち出す際は、回収・返却作業も行うこと。
- ・保管場所から持ち出す際は、預かり書を発行すること。
- ・点検終了後は修繕が必要なものも含め、全ての機器を返却すること。
- ・修繕が必要なものはケースを見て判別できるようにしておくこと。
- ・修繕が必要なものの返却場所については県と協議すること。