

仕 様 書

機器名	ハイブリッド高速冷却遠心機 6200	設置機関	愛媛県家畜病性鑑定所
<p>標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。</p> <ol style="list-style-type: none">(1) 本体の大きさが、500(W)×650(D)×850~1400(H)mm 程度であること。(2) 1.5mL/2.0mL マイクロチューブ(市販品、PP 製等)を一度に 40 本以上を最高回転数 12,000rpm、もしくは最大遠心力 15,000×g で遠心できるアングルローターを備えること。(3) 5~7ml の採血管等を一度に 60 本以上を最高回転数 3,500rpm、もしくは最大遠心力 2,300×g で遠心できるスイングロータ及びアダプタ及びバケットを備えること。(4) 10/15ml の採血管等を一度に 60 本以上を最高回転数 3,500rpm、もしくは最大遠心力 2,300×g で遠心できるスイングロータ及びバケットを備えること(5) 15ml コニカル管(市販品、PP 製等)を一度に 20 本以上を最高回転数 3,500rpm、もしくは最大遠心力 2,300×g で遠心できるスイングロータ及びバケットを備えること。(6) 50ml コニカル管(市販品、PP 製等)を一度に 15 本以上を最高回転数 3,500rpm、もしくは最大遠心力 2,330×g で遠心できるスイングロータ及びバケットを備えること。(7) ローターの交換は特別な工具等を用いることなく簡単に行えること。(8) 単相 100V 電源で使用できること(9) 使用冷媒はノンフロン冷媒であること(10) 冷却性能は-20℃~4℃の温度帯に対応可能であること(11) 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること(12) 日本語の取扱説明書を添付すること(13) メンテナンス、修理等を依頼できる営業所もしくは代理店が県内にあること(14) 搬入、据付、試運転調整、運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと			