

仕 様 書

品名	低温恒温器、残留塩素測定器、 SpO2 センサー	数量	一式	納入場所	愛媛県立とべ動物園
標記案件の仕様は、次のとおりである。 ○低温恒温器 1 台 ・方式：エアジャケットによる自然対流 ・温度制御範囲：0℃～50℃ ・設定温度範囲：-5℃～55℃ ・温度調節精度/温度変動：JTM K05 ±0.3℃/JIS 2.0℃（at 37℃冷凍機連続運転時）、 JTM K05 ±1.0℃/JIS 3.0℃（at 37℃冷凍機サイクル運転時） ・温度分布精度/温度勾配：JTM K05 ±1.0℃/JIS 2.2℃（at 37℃冷凍機連続運転時） ・冷凍機動作範囲：設定温度-5℃～44℃ ・運転機能：定値運転、オートスタート、クイックオートストップ、オートストップ、冷凍機 運転モード（連続運転、サイクル運転） ・寸法：幅 710×奥行 645×高さ 1008mm 程度 ・重さ：約 105kg 程度 ○残留塩素測定器 1 台 ・測定項目：残留塩素 ・測定方式：透過吸収測定 ・測定範囲：0.00～2.00（mg/L） ・測定セル：φ24mm キャップ付きバイアルびん ・表示形式：デジタル数値 ・データ記録：99 点 程度 ・検水量：10mL 程度 ・測定時間：ゼロ点認識・濃度測定ともに約 2 秒 程度 ・寸法・質量：70（W）×142（D）×63（H）mm・250g 程度 ・付属品：試料セル 2 本、試薬 25 包、電源用乾電池、キャリングケース ○SpO2 センサー 1 台 ・フクダエムイー工業製動物用生体情報モニタ AM110, AM120, AM130, AM140 と接続可能なもの <その他> ・納入時にかかる費用（運搬・調整・諸経費等）を全て含む。 ・納入時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。 <納期> 令和 8 年 1 月 30 日（金） <納入場所> ・愛媛県立とべ動物園（愛媛県伊予郡砥部町上原町 240）					

機 器 構 成 表

品名	低温恒温器、残留塩素測定器、 SpO2 センサー	数量	一式	納入場所	愛媛県立とべ動物園
----	-----------------------------	----	----	------	-----------

品 名	メ ー カ ー	規格(型番)	数量
低温恒温器	ヤマト科学株式会社	IL603	1 台
残留塩素測定器	柴田科学株式会社	AQ-201	1 台
SpO2 センサー	フクダエムイー工業株式会社	352007	1 台

(注) 同等品以上可、ただし仕様確認を要する。