

ベ ッ ド 仕 様 書

区分	物品名	数量	仕 様 内 容
ベッド 本体①	2クランク小児ベッド	2台	1. ベッドの本体の外形寸法は全長2100mm以下（2083mm程度）、全幅1050mm以下（1039mm程度）であること。
			2. 本ベッドは小児・学童用として、安全性を重視した背上げ、膝上げが手動で調整可能なベッドである。サイドレールは伸縮機能を備え、定荷重ばねにより、4段階の高さ調節が容易にできること。
			3. ボトムは4分割の鋼板ボトムで構成する。鋼板ボトムは鋼板を主材とし、成形絞りにより強度を確保する。また通気性確保のため、それぞれの鋼板ボトム面に複数の通気孔を設けること。
			4. 足ボトムは患者の症状によるベッドポジションが確保できるよう、2段階の角度調節機能を有すること。
			5. マットレスのずれ下がり・横ずれを抑制するため、マットレス止めを備えること。
			6. 柵の上棧左右に操作レバーを2個設け、両手操作により確実かつ安全に3段階の高さ調節を可能とする。また、セイフティロックを装着することで子供が容易に操作できないようにすること。
			7. セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径125mmとする。キャスター操作ステップにより、4輪同時固定（首振り・回転）、4輪自在の切り替えが行えること。
			8. メインフレームの表面処理は、電着焼付塗装及び粉体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とすること。
ベッド 本体②	1クランク小児ベッド	3台	1. ベッドの本体の外形寸法は全長1800mm以下（1783mm程度）、全幅920mm以下（909mm程度）であること。
			2. 本ベッドは小児・学童用として、安全性を重視した背上げが手動で調整可能なベッドである。サイドレールは伸縮機能を備え、定荷重ばねにより、3段階の高さ調節が容易にできること。
			3. ボトムは3分割の鋼板ボトムで構成する。鋼板ボトムは鋼板・鋼管を主材とする。また通気性確保のため、それぞれの鋼板ボトム面に複数の通気孔を設けること。
			4. 伸縮スライド式とし、ボトム面からの高さを十分に確保する。サイドレールの高さはボトム上面から約800mm以上を確保する。また、サイドレールをほぼボトム上面まで下げることが可能になり、下げた状態でも介護者が足を踏み込めるスペースを確保すること。
			5. 柵の上棧左右に操作レバーを2個設け、両手操作により確実かつ安全に3段階の高さ調節を可能とする。セイフティロックを装着することで子供が容易に操作できないようにすること。
			6. セントラルロック双輪キャスターとし、車輪径125mmとする。キャスター操作ステップにより、4輪同時固定（首振り・回転）、4輪自在の切り替えが行えること。
			7. フット側下部に背上げ用のクランクハンドルを取り付け、使用しない時は折りたたんでハンドル受へ格納できこと。
			8. メインフレームの表面処理は、電着焼付塗装及び粉体焼付塗装によるダブルコーティング塗装とすること。
ベッド 本体③	電動低床タイプベッド	14台	1. ベッドの本体の外形寸法は全長2150mm以下（2150mm程度）、全幅940mm以下（940mm程度）であること。
			2. 最低床高は、280mm以下、最高床高は650mm以上であること。
			3. 手元スイッチを操作することにより、背、膝、高さ上下の調節機能を各々電動（3モーター）で行うことができること。
			4. ベッド搬送、災害、停電時でも操作可能なバッテリー搭載していること。
			5. 手元スイッチには誤動作防止のための電源ボタンを有していること、また、全動作・高さのみ・ヘッドレストの3つのロック機能を有していること。
			6. 背上げの角度が分かるアングルスケール付きであること。
			7. ベッド床高は、最低床高280mm～最高床高650mm以上の範囲で調節できること、また、ハイローストロークは370mm以上であること。
			8. ボトムは耐久性の高いスチールとすること。また背ボトム、座ボトム、膝ボトム、脚ボトムの4分割で構成すること。
			9. ボトムは通気性を確保できるワイヤーメッシュ構造であること。
			10. ベッド本体の塗装は抗菌粉体焼付塗装を施していること。

区分	物品名	数量	仕 様 内 容
			11.脚側にマットレスのズレ下がり抑制するマットレス止めを備えること。 12.キャスターは車輪径100mm以上の双輪キャスターを有すること。 13.キャスターはトータルロック機能を備えており、4輪同時にロック・解除の切り替えが脚側のペダル操作で行えること。 14.背上げに関して、前ずれ、腹部への圧迫軽減のために背上げを行う際に背床の支点を後方にスライドさせるスイングバック機能を有すること。 15.ヘッド・フットボード(整形外科用ボード)は牽引装置取付可能なステンレス製であること。 16.ヘッドボード及びフットボードは容易に着脱でき、不用意な外れを防止するためにストッパーを備えること。 17.ベッドの脚側には、サイドレールが2本収納できるホルダーが装備されていること。 18.オプション品を使用することなく、サイドレール中央差しが可能であること。
ベッド 本体④	電動低床タイプベッド	2台	1.ベッドの本体の外形寸法は全長2150mm以下(2150mm程度)、全幅940mm以下(940mm程度)であること。 2.最低床高は、280mm以下、最高床高は650mm以上であること。 3.手元スイッチを操作することにより、背、膝、高さ上下の調節機能を各々電動(3モーター)で行うことができること。 4.ベッド搬送、災害、停電時でも操作可能なバッテリー搭載していること。 5.手元スイッチには誤動作防止のための電源ボタンを有していること、また、全動作・高さのみ・ヘッドレストの3つのロック機能を有していること。 6.背上げの角度が分かるアングルスケール付きであること。 7.ベッド床高は、最低床高280mm～最高床高650mm以上の範囲で調節できること、また、ハイローストロークは370mm以上であること。 8.ボトムは耐久性の高いスチールとすること。また背ボトム、座ボトム、膝ボトム、脚ボトムの4分割で構成すること。 9.ボトムは通気性を確保できるワイヤーメッシュ構造であること。 10.ベッド本体の塗装は抗菌粉体焼付塗装を施していること。 11.脚側にマットレスのズレ下がり抑制するマットレス止めを備えること。 12.キャスターは車輪径100mm以上の双輪キャスターを有すること。 13.キャスターはトータルロック機能を備えており、4輪同時にロック・解除の切り替えが脚側のペダル操作で行えること。 14.背上げに関して、前ずれ、腹部への圧迫軽減のために背上げを行う際に背床の支点を後方にスライドさせるスイングバック機能を有すること。 15.ヘッド・フットボードは樹脂製であること。 16.ヘッドボード及びフットボードは容易に着脱でき、不用意な外れを防止するためにストッパーを備えること。 17.ベッドの脚側には、サイドレールが2本収納できるホルダーが装備されていること。 18.オプション品を使用することなく、サイドレール中央差しが可能であること。

区分	物品名	数量	仕 様 内 容
ベッド 本体⑤	電動低床タイプベッド	2台	1.ベッドの本体の外形寸法は全長2100mm以下(2100mm程度)、全幅1000mm以下(1000mm程度)であること。
			2.最低床高は、270mm以下、最高床高は690mm以上であること。
			3.手元スイッチを操作することにより、背、膝、高さ上下の調節機能を各々電動(3モーター)で行うことが出来ること。
			4.ベッド搬送、災害、停電時でも操作可能なバッテリー搭載していること。
			5.手元スイッチには誤動作防止のための電源ボタンを有していること、また、全動作・頭脚連動・高さの3つのロック機能を有していること。
			6.背上げの角度が分かるアングルスケール付きであること。
			7.ベッド床高は、最低床高270mm～最高床高690mm以上の範囲で調節できること、また、ハイローストロークは420mm以上であること。
			8.ボトムは耐久性の高いスチールとすること。また背ボトム、座ボトム、膝ボトム、脚ボトムの4分割で構成すること。
			9.ボトムは通気性を確保できるワイヤーメッシュ構造であること。
			10.ベッド本体の塗装は抗菌粉体焼付塗装を施していること。
			11.脚側にマットレスのズレ下がりを抑制するマットレス止めを備えること。
			12.キャスターは車輪径100mm以上の双輪キャスターを有すること。
			13.キャスターはトータルロック機能を備えており、4輪同時にロック・解除の切り替えが脚側のペダル操作で行えること。
			14.背上げに関して、前ずれ、腹部への圧迫軽減のために背上げを行う際に背床の支点を後方にスライドさせるスイングバック機能を有すること。
			15.ヘッドボード及びフットボードは容易に着脱でき、不用意な外れを防止するためにストッパーを備えること。
			16.ベッドの脚側には、サイドレールが2本収納できるホルダーが装備されていること。
			17.オプション品を使用することなく、サイドレール中央差しが可能であること。
付属品⑥	差込式サイドレール (2本1組 (2組))	4本	1.今回調達する電動ベッドに適合したもので、差し込み式であること。
			2.サイズは長さ980mm、高さ390mmであること。
			3.スチール製で抗菌粉体焼付塗装施していること。
付属品⑦	折りたたみ式サイド レール	32本	1.ワンタッチ操作でサイドレール固定と解除が行えること。
			2.サイズは長さ1320mm、高さ430mmであること。
			3.本体はレバー固定方式であること。
			4.指つめ防止機能を施していること。