マットレス仕様書

第１　性能・機能等

１　汚染した場合、表面を拭くだけで清潔を保てる清拭タイプであること。また、アルコールや次亜塩素酸ナトリウム（1,000ppm）による消毒が可能で、変色・劣化しないこと。

２　表面が損傷した場合、専用の修繕テープにより補修が可能であること。

３　表裏頭足４方向の使用が可能で、定期的に使用面を交換し、最大限耐久性が保持できること。

４　加水分解を抑制し、劣化によるストライクスルーや、マットレス内のポリウレタンへのバクテリア浸食を防止するため、マットレス本体に、防水のための専用フィルムを特殊ラミネート加工により密着させた一体構造をしていること。別途、防水カバー等の付属品を要しないこと。

５　純 100％ポリウレタンであること。

６　感染等のリスクを回避するため、汚染や破損が目立つように、表面のカラーはホワイト色（無着色）であること。

７　表面は 600％以上の伸び率を有し、全方向に 600％以上伸張しても防水可能なポリウレタンフィルムであること。

８　難燃性に関し、ガスバーナーによる引火テスト、万一着火したときの自己鎮火について、第三者による難燃性テストを実施していること。

９　本件契約数量と同程度以上の納入実績があること。

第２　サイズ・数量等

サイズ・数量等については、別表のとおりとする。

第３　納品等

１　マットレスは、当センターが指定するベッドに備え付けることとし、入替既存品は、センター敷地内の指定場所まで搬出すること（既存品の処分は、現契約業者によるものとする。）。

２　入替作業については、当センターと十分協議のうえ行うこと。

第４　仕様・機能等の適否

仕様・機能等の適否については、当センター看護担当者による判断を尊重するものとする。

別 表

マットレスのサイズ・数量等

（単位：サイズ・厚さcm、耐荷重kg）

【あおぞら棟】

サイズ	区分	A （厚さ12，耐荷重150）	B （厚さ11，耐荷重130）	C （厚さ9，耐荷重110）	計
A.B191-91/C191-89	L			2	2
191-83	M	6	6		12
164-80	特注			3	3
計		6	6	5	17

【おひさま棟】

サイズ	区分	A （厚さ12，耐荷重150）	B （厚さ11，耐荷重130）	C （厚さ9，耐荷重110）	計
A.B191-91/C191-89	L				0
191-83	M	2			2
164-80	特注				0
計		2	0	0	2

【通所】

サイズ	区分	A （厚さ12，耐荷重150）	B （厚さ11，耐荷重130）	C （厚さ9，耐荷重110）	計
A.B191-91/C191-89	L		1		1
191-83	M				0
164-80	特注				0
計		0	1	0	1

【センター合計】

サイズ	区分	A （厚さ12，耐荷重150）	B （厚さ11，耐荷重130）	C （厚さ9，耐荷重110）	計
A.B191-91/C191-89	L	0	1	2	3
191-83	M	8	6	0	14
164-80	特注	0	0	3	3
計		8	7	5	20