

平成 22 年度医薬品等の品質調査(県行政試験)

薬品化学科

県内で製造されている医薬品, 医薬部外品の品質, 有効性及び安全性の確保を目的として, 薬務衛生課・保健

所・衛生環境研究所の3者により製造所への立入検査・指導を行うとともに, 収去した医薬品等について, 製造販売承認規格基準試験を実施している. 平成 22 年度は次表のとおり医薬品 3 検体(計 29 項目), 医薬部外品 8 検体(計 26 項目)の試験を実施した. その結果, すべて基準に適合していた.

平成22年度 医薬品等試験状況

	検 体 数	試 験 項 目 数	試 験 項 目						生 理 処 理 用 品 検 査
			性 状 試 験	物 理 試 験	確 認 試 験	純 度 試 験	定 量 試 験	重 量 偏 差 試 験	
医 薬 品	3	29	3	2	12		11	1	
解熱鎮痛剤	1	10	1	1	4		4		
かぜ薬	1	13	1		6		6		
消毒綿	1	6	1	1	2		1	1	
医 薬 部 外 品	8	26	4	3	3	5	5	2	4
生理処理用品	4	4							4
パーマントウェーブ用剤	2	12	2	2		5	3		
清 浄 綿	2	10	2	1	3		2	2	
合 計	11	55	7	5	15	5	16	3	4

平成 22 年度有害物質を含有する家庭用品の調査(県行政試験)

薬品化学科

家庭用品の安全性を確保することを目的として, 薬務衛

生課が試買した市販の家庭用品について, 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 112 号)に基づく検査を実施している. 平成 22 年度は次表のとおり, 22 検体(計 85 項目)の試験を実施した. その結果, すべて基準に適合していた.

平成22年度 家庭用品関係試験状況

	検 体 数	試 験 項 目 数	試 験 項 目							容 器 試 験 (注2)	
			ホルムアルデヒド		有 機 水 銀 化 合 物	デ イ ル ド リ ン	D T T B (注1)	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		水 酸 化 ナ ト リ ウ ム
生 後 24 ヶ 月 以 内 用	生 後 24 ヶ 月 以 内 用 を 除 く										
織 維 製 品	21	78	12	9	19	19					
パジャマ	2	6	2			2	2				
くつした	5	20	3	2	5	5	5				
よだれかけ	2	4	2		2						
下 着	12	48	5	7	12	12					
化 学 製 品	1	7					1	1	1	4	
家庭用洗剤	1	7					1	1	1	4	
合 計	22	85	12	9	19	19	1	1	1	4	

(注1) 4,6-ジクロロ-7-(2,4,5-トリクロロフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール
(注2) 漏水試験, 落下試験, 耐アルカリ性試験及び圧縮変形試験