

自動アミノ酸分析機

本装置は、農水産物や食品などに含まれる遊離アミノ酸の定性・定量分析ができます。



仕 様

- メーカー名 : 株式会社日立ハイテクノロジーズ
形式 : L-8900
分析方法 : ニンヒドリン法
6液グラジエント溶出法
流量範囲 : 0.000~0.999ml/min